

## 一里山・今井病院 MRI安全基準

	項目	1.5T	3T
検査不可	心臓ペースメーカー	材料に関係なく検査不可	
	体内埋入式除細動器		
	人工内耳・中耳		
	脳脊髄刺激電極		
	体内埋入式インスリンポンプ		
	磁石式人工肛門		
場合によって検査可能	義眼	金属製の場合は検査不可 金属製以外の場合は取り外して検査可	
	補聴器	取り外して検査可	
	体内残存の金属破片	金属の大きさ、部位により検査可	検査不可
	内視鏡的止血法に用いるクリッピング	最近クリッピングの脱落の報告があり2ヶ月間は検査不可とさせていただきます	
検査可能	脳動脈瘤クリップ	チタン製の場合のみ検査可	
	心臓・大動脈ステント		
	人工弁		
	血管や管腔臓器内の金属 (フィルター、ステント、コイルなど)		
	人工関節	検査部位に近い場合は画像に影響がある場合があります	検査部位に近い場合は画像に影響がある場合があります 1.5テスラよりも影響を受けます
	骨固定金属		
	避妊リング		
	胸骨ワイヤー		
腹部の手術によるクリップ			
歯科人工物	インプラント・ブリッジ	検査可	
	磁石埋込式差し歯	外して検査可	
	金歯・銀歯	検査可	
その他	入れ墨・タトゥー	同意のもと検査可	検査不可
	アートメイク(アイライン・眉毛)	同意のもと検査可	検査不可
	アイシャドウ、マスカラ	落として検査可	
	カラーコンタクトレンズ	はずして検査可	
	妊娠している方、もしくは妊娠の可能性のある方	診察時に医師により判断	
	閉所恐怖症の方	検査してみても判断	

\*1.5テスラ・3テスラの振り分けにつきましては、検査部位・検査内容・患者さまの状態などを考慮して当院にて行わせて頂きます。

\*当院での検査経験・核磁気共鳴装置(MRI)に関する学会等の報告により、安全基準の見直しを随時行わせて頂きます